

ООО «ЭпионаМед»  
ИНН 4712023809 КПП 471201001  
ОГРН 1114712001634

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф.207  
Тел.926-11-21  
р/сч 40702810932130000575, к/сч 30101810600000000786 в  
ДО «Арсенальный» Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»  
БИК 044030786

Исх. № 24 от 25 января 2018 года

Федеральная антимонопольная служба (Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области)

Адрес: 236006, г. Калининград, Барнаульская улица, 4

E-mail: [to39@fas.gov.ru](mailto:to39@fas.gov.ru)

Приемная: (4012) 53 – 72 – 01

Факс: (4012) 53 – 72 – 00

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭпионаМед»

Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск,  
ул. Калинина, д. 11, оф.207.

Контактное лицо: Табакова Ольга Вячеславовна

e-mail: [info@epionamed.ru](mailto:info@epionamed.ru)

тел/факс.: 8 (812)309-74-92


Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Калининградской области «Городская клиническая  
больница скорой медицинской помощи», г. Калининград

Информация о закупке:

Закупка № 0135200000517001808,

электронный аукцион,

Площадка: РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)



с жпн 9-

Жалоба

на действия аукционной комиссии

при организации и проведении электронного аукциона № 0135200000517001808

1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Калининград, Адрес: 236008, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, 90. ИНН: 3906040840 Контактное лицо: – Журавлев Андрей Анатольевич, e-mail: [gkb-smp@infomed39.ru](mailto:gkb-smp@infomed39.ru), тел/факс.: 8 (4012) 363478. Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействия) которых обжалуются.
2. Уполномоченный орган: Конкурсное агентство Калининградской области, адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д.1. ИНН: 3905069244, Контактное лицо: – Волкова Ольга Васильевна, e-mail: [konkurs@gov39.ru](mailto:konkurs@gov39.ru), тел/факс.: 8 (4012) 599-399, 599-028
3. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ЭпионаМед»
4. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)
5. Номер извещения: № 0135200000517001808
6. Наименование аукциона: на право заключения контракта на поставку медицинских изделий (столов операционных), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия.
7. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 21 декабря 2017 г.
8. Доводы жалобы:

«15» января 2018 г. состоялась процедура электронного аукциона, наименьшее ценовое предложение



сделано участником с порядковым номером 3 (ООО «МЕДИНВЕСТКОНСАЛТ»). Как следует из протокола подведения итогов электронного аукциона №0135200000517001808/2 от «16» января 2018 г., заявки трех участников закупки признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, победителем признано ООО «МЕДИНВЕСТКОНСАЛТ», предложившее цену контракта 5 366 622,00 руб.

В ответе Заказчика на официальный запрос на разъяснение результатов проведенного электронного аукциона с исходящим №18-030 от «18» января 2018 г. была предоставлена информация модели и производителя медицинских изделий, планируемых к поставке участником ООО «МЕДИНВЕСТКОНСАЛТ», признанным победителем.

1. Стол общехирургический: ОМ-30, производства «Медпроминвест», Республика Беларусь;
2. Стол операционный универсальный медицинский: ОН-20, производства «Медпроминвест», Республика Беларусь.

Однако, при сравнении характеристик вышеуказанных медицинских изделий с характеристиками, указанными в аукционной документации, выяснилось, что победитель аукциона планирует поставить товар, который не соответствует техническому заданию аукциона.

Согласно части 1 статьи 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации.

Информация о товаре, предлагаемом к поставке, предоставленная участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе не соответствует информации об этом же товаре размещенной на сайте производителя, а именно:

Технические характеристики п. 1 «Общехирургический операционный стол с принадлежностями, комплект»:

Характеристики, указанные в аукционной документации			Характеристики с официального сайта производителя «Медпроминвест»
1.1.1	Высота стола в крайнем нижнем положении без учета толщины подушек матраса, мм	Не более 640	Показатель модели операционного стола ОМ-30: 700 мм (Руководство по эксплуатации, стр. 2; ТХ из контракта 3616502538216000328, стр. 15; ТХ из контракта 0354200022314000220, стр. 8)
1.1.4	Длина панели стола, мм	Не менее 2100 не более 2200	Показатель модели операционного стола ОМ-30: 2000 мм (Руководство по эксплуатации, стр. 2; jpeg скриншот_3 с сайта gskp.by)
1.1.9	Количество секций панели стола	Не менее 6	Модель операционного стола ОМ-30 состоит из 5 секций панели стола (Руководство по эксплуатации, стр. 4)
1.1.31	Высота подъема почечного валика панели стола, мм	Не менее 105	Модель операционного стола ОМ-30 не имеет секции почечного валика, что означает невозможность выполнения указанной функции
1.1.44.2	Фиксация стола в стационарном положении выдвижными регулируемыми стационарными опорами	Наличие	Данная функция отсутствует у модели операционного стола ОМ-30.
1.1.48	Кнопка аварийной остановки электропитания стола	Наличие	Данная функция отсутствует у модели операционного стола ОМ-30.
1.2.1	Кнопка перевода стола в стационарное положение, исключающее возможность передвижения стола, путем выдвижения гидравлических	Наличие	Данная функция отсутствует у модели операционного стола ОМ-30.



	регулируемых стационарных опор		
1.2.1.1	Количество гидравлических регулируемых стационарных опор	Не менее 4	Данная функция отсутствует у модели операционного стола OM-30.

Технические характеристики п. 2 «Операционный стол с принадлежностями, комплект»:

Характеристики, указанные в аукционной документации			Характеристики с официального сайта производителя «МедпромИнвест»
2.1.47.6	Поверхностный слой наполнителя содержит ионы серебра	Наличие	Данная функция отсутствует у модели операционного стола ОН-20.
2.1.42.4	Диаметр колёсных опор, мм	Не менее 100	Диаметр колёс операционного стола ОН-20 имеет размер 60 мм (Руководство по эксплуатации, стр. 3).
2.1.49	Регулировки стола, осуществляемые вручную при помощи пневмопружины: наклон спинной секции наклон головной секции наклон ножной секции	Наличие Наличие Наличие	У модели операционного стола ОН-20 наклон спинной секции выполняется <b>при помощи рукоятки</b> (Руководство по эксплуатации, стр. 4).

Предоставляем перечень отыгранных процедур с описанием технических характеристик из реестра контрактов на сайте zakirki.gov.by, в результате проверки которых были выявлены несоответствия параметров по техническим характеристикам текущего электронного аукциона:

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ № 3616502538216000328. Наименование объекта закупки: Стол операционный (хирургический) рентгеноконтактный. Ортопедическая приставка к столу операционному(хирургическому) рентгеноконтактному. Стол операционный OM-30 (ортопедический рентгенпрозрачный с комплектом ортопедических приставок) Производства - Частное предприятие МедпромИнвест», Республика Беларусь. Год выпуска 2016 г. Исполнение контракта: 20.11.2016.
2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ № 0354200022314000220. Наименование объекта закупки: Стол операционный OM – 30 (ЧП МедпромИнвест, Республика Беларусь). Исполнение контракта: декабрь 2014 г.

Таким образом, указание недостоверной информации при подаче заявки на участие в электронном аукционе позволило ООО «МЕДИНВЕСТКОНСАЛТ» стать участником аукциона (этапа подачи ценовых предложений) и в процессе торгов предложить наиболее низкую цену по сравнению с другими участниками аукциона и в последствии стать победителем электронного аукциона, при этом согласно части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ.

Из части 1 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ следует, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске



к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи (часть 3 статьи 67 Федерального закона N 44-ФЗ).

При этом в части 4 статьи 67 Федерального закона N 44-ФЗ указано, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации; несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

На основании вышесказанного,


просим:

1. Признать незаконными и нарушающими положение части 2 статьи 8 и части 4 статьи 67 Федерального закона N 44-ФЗ действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку медицинских изделий (столов операционных), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия.
2. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0135200000517001808 от 16.01.2018, протокол подведения итогов электронного аукциона от 16.01.2018 и назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе и дату проведения аукциона.
3. Признать заявку под номером 3 (ООО «МЕДИНВЕСТКОНСАЛТ») не соответствующей требованиям технического задания электронного аукциона.
4. Обязать Заказчика разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) информацию об отмене Протокола.
5. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

#### 9. Приложения

1. Копия протокола (о подведении итогов) от 16.01.2018;
2. Решение об избрании Генерального директора ООО «ЭпсонаМед».
3. Руководство по эксплуатации модели ОМ-30.
4. Руководство по эксплуатации модели ОН-20.

Генеральный директор  
ООО «ЭпсонаМед»



Табакоева О.В.