

**ИП Подоляцкий Н.С.**238340, 1<sup>st</sup> Mayakovskogo str.,23 Svetly, Kaliningrad region, Russia

Tel/fax: +7(40152) 36432; Cell: +7(911) 4567820

[n.podolacky@gmail.com](mailto:n.podolacky@gmail.com)В Калининградское УФАС России  
ул. Барнаульская, д. 4, Калининград, бокс 033, 236006**Заявитель:**Индивидуальный предприниматель  
Подоляцкий Николай Сергеевич (ИНН 391300326265)  
238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. 1-я Маяковского, 23  
тел: +79114567820  
[n.podolacky@gmail.com](mailto:n.podolacky@gmail.com)**Уполномоченный орган:**КОНКУРСНОЕ АГЕНТСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
236007 Калининградская обл г Калининград ул Д.Донского, 1  
ИНН 3905069244 ОГРН 1053900175625**Заказчик:**ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ"  
238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 24.  
ИНН/КПП 3915004550/391501001  
ОГРН 1023902214280  
ОКТМО 27603101  
Тел./Факс: 8(40156)3-29-32**Указание на закупку:**Аукцион в электронной форме № 0135200000518001918

исх № 0135200000518001918 от 01 августа 2018г

**Обращение**

Уважаемое Управление,

01 августа 2018г. на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru), в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, размещено извещение о проведении аукциона № 0135200000518001918.

Объектом закупки является «поставку медицинского изделия (установка стоматологическая), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие». Начальная максимальная цена контракта 450 000,00 рублей.

Настоящим обращением не обжалуются действия Заказчика, так как не он принимал решение об отклонении заявок. Настоящим обращением обжалуются действия Уполномоченного органа, рассмотревшего первые части заявок и, по мнению заявителя, неправомерно отклонившего его заявку, в результате чего заявка второго участника была признана единственной и победившей по максимальной цене контракта, без какого-либо снижения и экономии бюджетных средств.

В соответствии с Протоколом подведения итогов № 0135200000518001918/1 [дата публикации протокола 13.08.2018 19:03 мск] заявка ИП Подоляцкий Н.С. решением комиссии была отклонена на основании п.1 ч.4 ст.67 44-ФЗ, а именно не представление конкретных показателей установленных аукционной документацией по двум пунктам технического задания.

ИП Подоляцкий Н.С.

238340, 1<sup>st</sup> Mayakovskogo str.,23 Svetly, Kaliningrad region, Russia

Tel/fax: +7(40152) 36432; Cell: +7(911) 4567820

[n.podolacky@gmail.com](mailto:n.podolacky@gmail.com)

Идентификационный номер заявки	Обоснование решения, в том числе указание положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе
175	<p>Пункт 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44), подпункт 3.2.3. пункта 3 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)», подпункт 5.1.4 пункта 5 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)», пункт 19 раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» и раздел 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об аукционе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 ФЗ № 44; в первой части заявки на участие в аукционе отсутствуют конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:</li> <li>- пункт 5.9. технического задания: орган управления креслом - <u>педаль или джойстик</u>;</li> <li>- пункт 9.1. технического задания: частота колебания, кГц - не менее 25 не более 31.</li> </ul>

Заявитель не соглашается с мнением комиссии о не указании конкретных характеристик требуемых Заказчиком по следующим основаниям:

I

а) пункт 9.1 Технического задания

В заявке участника в пункте 9.1 не содержится слов «не более», «не менее» - напротив, участником указаны конкретные характеристики оборудования, а именно диапазон частот в котором работает скалер на стоматологической установке

Требования технического задания			Показатели, указанные в заявке участника		
9.1.	Частота колебания, кГц	Не менее 25 не более 31	9.1.	Частота колебания, в диапазоне, кГц	от 25 до 31

Мы не знаем чем руководствовались члены комиссии, принимая решение об отклонении по данному основанию (не указание конкретного показателя) заявки, содержащей четкие и конкретные значения диапазона, вероятно добросовестно заблуждались, полагая, что стоматологические скалеры работают на фиксированной частоте, а не в диапазоне частот.

Что, разумеется - не соответствует действительности. Значение частоты колебаний не абсолютно, частота колебания ультразвуковых скалеров соответствует диапазону частот, указанному участником.

Отклонение за не указание конкретных характеристик участником, в данном случае неправомерно, нарушает ч.5 ст.67 44-ФЗ


5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.






**ИП Подоляцкий Н.С.**

238340, 1<sup>st</sup> Mayakovskogo str.,23 Svetly, Kaliningrad region, Russia

Tel/fax: +7(40152) 36432; Cell: +7(911) 4567820

[n.podolacky@gmail.com](mailto:n.podolacky@gmail.com)



-  Производитель: Baolai (Китай)
-  Гарантия: 15 месяцев
-  Совместимость насадок: EMS / NSK
-  Режимы: Scaling, Perio
-  Свет: Есть (LED)

Цена: 14 560 ₴ \*

\* срок действия акции ограничен

[КУПИТЬ](#)

Описание    **Характеристики**    Преимущества    Комплектация    Документация

Модель	P5L
Автономность	Полуавтономный
Питание	Сетевой адаптер
Наконечник	L3 (алюминий)
Свет	Есть (LED)
Режимы работы	Scaling & Perio
Размер	245×214×193 мм
Вес брутто	2.2 кг
Входное напряжение	100-240 В
Выходная мощность	3-20 Вт
Тип насадок	T series
Частота	25-31 КГц
Совместимость насадок	EMS

## ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

- Автоклавы и стерилизационное оборудование
- Апекслокаторы и эндомоторы
- Запчасти и аксессуары
- Камеры интраоральные
- Компрессоры и аспираторы
- Лаборатория
- Лазеры
- Лампы полимеризационные
- Микроскопы и бинокляры
- Наконечники и микро моторы
- Общая медицина
- Ортопедия
- Осветители
- Рентгеновское оборудование
- Скалеры, пескоструйные наконечники
- Стоматологические установки
- Учебное оборудование
- Физиодиспенсеры, хирургия


МЕБЕЛЬ

[← Вернуться назад](#)

### Скалер Woodpecker DTE-V1 (встраиваемый,



СЕРВИСНЫЙ  
ЦЕНТР



ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОКУМЕНТЫ

Особенности:

Герметичный несъемный наконечник  
Автоматическое отслеживание частоты

Поставляется в комплекте с насадками GD1x2, GD2, GD4, PD1

Характеристики:

Питание основного блока 24В ~1,3А

Мощность на выходе 3-20Вт

Частота 28±5кГц

Напор воды 0,1-5бар (0,01-0,5МПа)

Вес основного блока 0,2кг

**ИП Подоляцкий Н.С.**

238340, 1<sup>st</sup> Mayakovskogo str.,23 Svetly, Kaliningrad region, Russia

Tel/fax: +7(40152) 36432; Cell: +7(911) 4567820

[n.podolacky@gmail.com](mailto:n.podolacky@gmail.com)

**II**

**б) пункт 5.9 Технического задания**


В соответствии с положениями аукционной документации пунктом 8.1 раздел 8 технического задания, управление креслом должно осуществляться при помощи многофункциональной педали

<b>8.</b>	<b>Многофункциональная педаль</b>	Наличие
8.1.	Возможность управления подъемом и опусканием кресла пациента	Наличие

Согласно п. 5.9 технического задания с учетом обязательных требований п.8.1, требуется, чтобы управление происходило не только педалью, а еще джойстиком

<b>5.9</b>	<b>Орган управления креслом</b>	педаль или джойстик
------------	---------------------------------	---------------------

Участник аукциона подтвердил в своей заявке, что управление осуществляется педалью или джойстиком:



Полагаем, отстранение участника от аукциона неправомерным по тем же основаниям, что изложены в предыдущем пункте обращения.

**ПРОСИМ:**

- 1) Приостановить подписание контракта по результатам аукциона №0135200000518001918
- 2) Отменить протокол определения победителя аукциона № 0135200000518001918/1
- 3) Выдать предписание об устранении нарушений

С уважением, Индивидуальный предприниматель

Печать, подпись: \_\_\_\_\_ Подоляцкий Н.С.  
14 августа 2018 г

Приложения:  
1. ОГРНИП

